



Pflege PEG-Sonde

Anleitung für die Pflege zu Hause

- Ab dem 10. Tag 1 x pro Woche die Halteplatte der PEG Sonde lösen und zurückschieben. Die Sonde im Einstichkanal 1-2 cm vorschieben, einige Sekunden warten (zur Druckentlastung der Magenschleimhaut) und wieder herausziehen bis zum durch die innere Halteplatte verursachten Widerstand, bitte nur sanft ziehen. Die äussere Halteplatte wieder auf die Hautoberfläche zurückschieben und fixieren
- Man versichere sich am Schluss, dass die Klemmvorrichtung der äusseren Halteplatte wieder eingeschnappt ist, so dass sie nicht spontan verschieben kann
- Hautpflege täglich mit Wasser
- Duschen: frühestens nach 48 Stunden nach Sondeneinlage, anschliessend neuer Verband bis Tag 10 nach Einlage
- Baden: nach 2 Wochen

Freispülen verstopfter Sonden

- Mit lauwarmem Wasser und einer 10 ml Spritze unter leichtem Druck spülen, wenn nötig mehrmals wiederholen
- Je nach Alter des Kindes kann zum Freispülen auch kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder NaCl 0,9% verwendet werden (nicht zu oft verwenden)