



Protokollblatt „Zentrale Katheter“

1. Einlage-Daten (vom Operateur auszufüllen)

Port a cath

Lot Nr

Einlage-Datum:

Operateur:

Zugang via:

Vena subclavia

re ☐ li ☐

Vena jugularis

re ☐ li ☐

andere

Einlage-Art:

Seldinger

☐

offen

☐

Lage der Katheterspitze

(nach Thorax-Kontrolle)

Lage der Port-Kammer

infraclavicular

☐

paramamillär

☐

Primärverband

Flexipore

☐

Mefix/Telfa

☐

IV 3000

☐

Perioperative Antibiotikagabe

ja

☐

nein

☐

2. Zwischenfall-Daten

Datum:

Pflegende: Arzt:

Nadel (bei Port):

Huber (Grösse:)

☐

Gripper (Grösse:)

☐

Zweck des Anstechens:

Problem/Komplikation:

Infekt

Kultur positiv

☐

negativ

☐

Therapie

Paravasat

Katheterleck

☐

Nadel falsch liegend

☐

welches Medikament

Massnahme

Fehlende Durchgängigkeit

Massnahme erfolgreich ☐
erfolglos ☐

weitere Massnahmen erfolgreich ☐
erfolglos ☐

Blut kann nicht aspiriert werden

Massnahme erfolgreich ☐
erfolglos ☐

Besonderheiten:

.....

.....

.....

3. Weitere Zwischenfälle:

Datum:

Problem: Infekt ☐
Paravasat ☐
fehlende Durchgängigkeit ☐
Blut kann nicht aspiriert werden ☐

Datum:

Problem: Infekt ☐
Paravasat ☐
fehlende Durchgängigkeit ☐
Blut kann nicht aspiriert werden ☐

Datum:

Problem: Infekt ☐
Paravasat ☐
fehlende Durchgängigkeit ☐
Blut kann nicht aspiriert werden ☐

Datum:

Problem: Infekt ☐
Paravasat ☐
fehlende Durchgängigkeit ☐
Blut kann nicht aspiriert werden ☐